УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСКА - ЕАД СОФИЯ
Из.№ 2659
12.10.2017

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
АЛЕКСАНДРОВСКА

УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД
София 1431 ул."Св.Георги Софийски"1 Централа: 02 92-301, тел./факс: 02 9230-646
e-mail:umbal.alexandrovska@gmail.com; www.alexandrovska.com

ДО
ФИЛИПС БЪЛГАРИЯ ЕООД
СОФИЯ 1715
Ж.К. "МЛАДОСТ 4", БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, СГР. 12
ТЕЛ.: +359 2 489 99 96
e-mail: galina.mihaylova@philips.com

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На осн. чл. 44, ал.1 от ЗОП във връзка с маркетингово проучване на пазара за система за ПЕТ/КТ изследване беше изпратена покана с Изх.№ 2402 от 11.09.2017 г. за предоставяне на оферта по описаните по–долу изисквания.

Тъй като в първоначално обявения срок не беше получена оферта от Ваша страна, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти е удължен **до 16:30 ч. на 20.10.2017 г.**

Бихме се радвали да получим оферта от Ваша страна или при невъзможност за участие - писмено уведомление за това. Параметрите на офертата са следните:

I. Апаратът да притежава следните технически характеристи:

1. Детекторна система с физическо аксиално поле на скениране (FOV) минимум 25 cm и Сензитивност по NEMA NU2-2012 стандарт≥ 20 cps/kBq
2. КТ система с минимум 32 – срезов компютърен томограф с над 50 kW генератор и напрежение в обхвата мин. 80-140kV
3. Хоризонтален обхват на ПЕТ/КТ скениране ≥200cm
4. Операторска конзола с 2 броя цветни медицински минитори с матрица ≥ 1280x1024 и размери мин. 19", оборудвана с:
   - Итеративна реконструкция за PET образите
   - Итеративна реконструкция за КТ образите
   - Възможност за други реконструкционни техники
   - Софтуерни пакети за извършване и обработка на синхронизирани изследвания с дихателния цикъл и със сърдечния цикъл
   - Софтуерен пакет за извършване и обработка на динамични изследвания

II. Оферираната ПЕТ/КТ система да предлага:

1. Пълна съвместимост и синхронизация с налична специализиране система за следена на дихателния цикъл на пациента (Varian RMP) за извършване на синхронизирани изследвания и точна локализация на лезиите както и със специализирани софтуерни приложения Motion VUE 4Dза обработка на получените резултати

2. Пълна съвместимост с наличната специализирана работна станция Advantage Workstation Volume Share 5 и наличните софтуерните приложения:
    - CardIQ Physio
    - Motion VUE 4D Application
    - Volume Viewer 3.1
    - Volume Viewer PET
    - CardIQ Fusion PET&SPECT
    - Integrated Registration Pack
3. Пълна съвместимост със специализирана сървърна система за обработка на изображенията AW Server 3.2 за динамично разпределение на инсталираните софтуерни лицензии, включително възможност за използване на наличните динамични лицензии от конзолата на апарата
4. Съвместимост за синхронизация с налична мониторна система 3150 IVY ECG MONITORза синхронизация при кардиологични изследвания – кардио монитор
5. Съвместимост с изградената ел. инсталация и система за аварийно изключване
6. Съвместимост с налична UPS система Input 120VAC/Output 120VAC, осигуряваща конзолата и реконстукционните модули на апарата
7. Възможност за използване на налични фантоми за калибровки и контрол на качеството – 20cm QA water, 35cm poly, 48cmpoly, 20 cm F18 Flood Phantom

III. Офертата да включва:

1. Прогнозна стойност на предлаганата апаратура
2. Описание на обема и прогнозна стойност на ремонтните дейности на помещението на настоящия ПЕТ/КТ апарат с цел привеждането му в състояние на готовност за инсталиране на предлаганата апаратура
3. Прогнозен срок на доставка на апаратурата
4. Прогнозен срок на монтаж, инсталация и предварителни тестове на апаратурата
5. Гаранционен срок на апарата
6. Описание и прогнозна стойност на възможностите за следгаранционно сервизно обслужване на предлаганата апаратура

IV. Представяне на офертата:

Офертата се подава в отдел „Обща канцелария", в административната сграда на УМБАЛ „Александровска" ЕАД. Офертата се представя в срок до **16:30 ч. на 20.10.2017 г.** Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху опаковката участникът посочва име на фирмата, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон за контакти, по възможност – факс и електронен адрес.

Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД