

РЕШЕНИЕ

№ 3-251/21.12.2018 год.  
На основание чл.181, ал.6 от ЗОП

О Б Я В Я В А М:

Класирането, отстранените участници и участника, определен за изпълнител в процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 7 бр. хемодиализни апарати за нуждите на Клиника по диализно лечение в УМБАЛ "Александровска" ЕАД“, открита с Решение № 3-224 от дата 21.11.2018 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, публикувана на страницата на Агенцията за обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки под № 00360-2018-0021 и в раздел „Профил на купувача“ на сайта на лечебното заведение, съгласно Протокол № 228/21.12.2018 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №З-245/17.12.2018г. на Изп. директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за извършване на подбор, разглеждане, оценяване и класиране на офертите от процедурата, както следва:

I. Класиране на участниците по критерии „най-ниска цена“:

I - во място: „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка по ЗОП участника, класиран на първо място от комисията - „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД.

III. Отстранявам, на осн. чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, за представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, участника „Марвена Диагностика“ ЕООД с мотиви, както следва:

1. Съгласно заложеното изискване по т.2 от Техническите изисквания от техническата спецификация към документацията за участие: „Апаратът да осигурява скорост на ултрафилтрация в диапазон от 0 до 5000 мл./час. с обемен контрол“.

Предложението на участника не отговаря на посоченото изискване. Видно от приложеното ръководство на оператора:

ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ ЗОП

ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ ЗОП

2. Съгласно заложеното изискване по т.5 от Техническите изисквания от техническата спецификация към документацията за участие: „Апаратът да позволява регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл./мин.“.

Предложението на участника не отговаря на посоченото изискване. Видно от приложеното ръководство на оператора:

ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ ЗОП

3. Съгласно заложеното изискване по т.6 от Техническите изисквания от техническата спецификация към документацията за участие: „Апаратът да позволява регулиране на скоростта на кръвния поток от 10 до 600 мл./мин.“.

Предложението на участника не отговаря на посоченото изискване. Видно от описанието на предложението и приложеното ръководство на операто

Чл. 102, Ал. 1 ОТЗОП

**ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТЗОП ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТЗОП ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТЗОП**

4. Съгласно заложеното изискване по т.8 от Техническите изисквания от техническата спецификация към документацията за участие: „*Въртящ се екран със сензорно управление*“.

Предложението на участника не отговаря на посоченото изискване. Видно от описанието на предложението и приложения ката

Чл. 102, Ал. 1 ОТЗОП

**ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТЗОП**

Протокола от работата на комисията е публикуван на интернет адрес:

<http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181115Nifv4057230>

На основание чл. 112 от ЗОП, да се сключи договор с участника, класиран на първо място.

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ,

За Изпълн  
ДМ

Зам.-директ

**ЧЛ. 2, АЛ. 1 ОТЗЗЛД**

Заповед/Пълномощно № 44/25/2018г.....

