

Техническа спецификация				
№	Наименование	М.е.	Прогнозно количество за 2 години	Прогнозна стойност без ДДС
Обособена позиция №1 - Кръвни линии за апарати „Nipro Surdial 55 Plus” и фистулни игли - отворена				
1	Кръвни линии за апарати „Nipro Surdial 55 Plus”: Комплектът кръвни линии да включва инфузионна система, събирателна торбичка /дренажен сак/, артериална камера, венозна камера, рециркуляционен конектор, порт за инжектиране на медикаменти и въздуховод към инфузионната система с филтър капачка; • Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение; • Да се съчленяват сигурно с хемодиализаторите и да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждане на ефективно диализно лечение; • Помпен сегмент с вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 12 мм и дължина 280 мм; • Да са съвместими с наличните диализни апарати „ Nipro Surdial 55 Plus”.	бр.	11000	38 500 лв.
2	Фистулните игли 16G 25мм. да отговарят на следните изисквания: • Артерио-венозен фистулен комплект от две игли - артериална и венозна; • Да се свързват с кръвните линии чрез тип „луер” накрайник и да осигуряват необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен дебит; • Да бъдат окомплектовани с лесни за ползване оклузионни клипсове и за двете игли и да са цветово кодирани - червен цвят за артериалната и син за венозната игла; • Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента; • Да бъдат с въртяща се перка и страничен отвор при върха на артериалната игла.	бр.	18000	21 600 лв.

Забележка: Ако някъде в настоящите технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за доказване на еквивалентността е на участника или изпълнителя.

Доставките се извършват при необходимост, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия.