

Изх. № 3353 29.11.19г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 3260/27.11.2019 г. по документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, открита с Решение № 3-256 от дата 08.11.2019 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 33, ал.2 от ЗОП, даваме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос: „Във връзка с горепосочената процедура, моля да ни изясните за номенклатурна единица №1 от обособена позиция №1 - Общ консуматив, за съдържанието на сета за Ангиографски операции /Ангиографски чаршаф 240x330 cm с два отвора 5x7xcm и два отвора 7x9 cm”/ - дали трябва да има прозрачни панели отстрани на чаршафа?”

Отговор на въпрос: Да, предложеното изделия трябва да има прозрачни панели отстрани на чаршафа.

11
чл.36а, ал.3 от ЗОП

ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

